

## Pool Kronos 10 RX

### Общие характеристики:

- Питание : 100 – 240 В , переменный ток
- Дисплей : 4 цифры с 7-мью сегментами
- Разъем Впс для электрода RX
- Переключатель на три позиции: Priming (Заполнение), ON(Включено), Stand by (Ожидание)
- Производительность перистальтического насоса и давление : см на бирке насоса
- Диапазон измерения RX : от 600 до 990 мВ (разрешение 10 мВ)
- Метод дозирования: ON-OFF (регулировка Set Point – установочное значение)
- Метод калибровки Redox : 1 точка (465 мВ)

### Положения переключателя:

- 1) **Позиция Заполнение - «насос работает» ( Позиция переключателя MOM )**
- 2) **Нормальное положение - «измерения Redox и дозирование» (Положение переключателя – ON)**

### Калибровка:

Удерживайте кнопку PROG в течении 5 секунд для запуска меню калибровки.

На дисплее появится C465 , вставьте электрод в калибровочный раствор , нажмите PROG и подождите 60 секунд.

На дисплее отобразится процент качества электрода.

Нажмите PROG для возврата в режим дозирования.

### Установка заданного значения (Set Point) :

Удерживайте кнопку ВВЕРХ, пока установочное значение не начнет мигать

Нажмите еще раз, чтобы увеличить значение.

Диапазон значений от 600 до 990 мВ , шаг 10 мВ.

- 3) **Положение ожидание - «насос остановлен» (положение переключателя OFF)**

Удерживайте кнопку PROG в течении 3 секунд чтобы запустить меню настройки:

Меню настройки Redox:

Установите метод дозирования: High (“Hi”) или Low (“Lo”)